

# Evolutis

CREATEUR FABRICANT

Product Sheet  
**MOONSTONE®**  
Fiche Produit



*Bipolar Cup with positive excentration*  
Cupule Bipolaire à excentration positive

# References

## Bipolar cup with locking ring

### Cupule mobile à bague

Inner $\phi$ Interne	Shell $\phi$ Cupule	Cat. N°
<b><math>\phi 22.2</math></b>	$\phi 39$	H35 2239
	$\phi 40$	H35 2240*
	$\phi 41$	H35 2241
	$\phi 42$	H35 2242*
	$\phi 43$	H35 2243
	$\phi 44$	H35 2244*
<b><math>\phi 28</math></b>	$\phi 45$	H35 2245
	$\phi 43$	H35 2843
	$\phi 44$	H35 2844*
	$\phi 45$	H35 2845
	$\phi 46$	H35 2846*
	$\phi 47$	H35 2847
	$\phi 48$	H35 2848*
	$\phi 49$	H35 2849
	$\phi 50$	H35 2850*
	$\phi 51$	H35 2851
	$\phi 52$	H35 2852*
	$\phi 53$	H35 2853
	$\phi 54$	H35 2854*
	$\phi 55$	H35 2855
$\phi 56$	H35 2856*	
$\phi 57$	H35 2857	
$\phi 59$	H35 2859*	

## Instrumentation

System / Système	Description	Cat. N°
Common <i>Commun</i>	Head sizing gauge <i>Mesureur de tête</i>	H36 001
	Cup impactor tip <i>Embout d'impaction</i>	H36 002
	Impactor shaft <i>Manche d'impaction</i>	H01 023
	Caliper plate <i>Plaque de calibrage</i>	H36 003
	With ring <i>A bague</i>	Ring forceps <i>Pince à bague</i>
Constrained <i>Rétentif</i>	Press for insert <i>Presse à insert</i>	H52 033
	Press screw <i>Vis de presse</i>	H52 030
	Insert impactor tip <i>Embout poussoir d'insert</i>	H52 035
	Head centralizer <i>Centreur de tête</i>	H52 031

\* Items available on special request / Implants disponibles sur demande spéciale.

## Constrained bipolar cup

### Cupule mobile rétentive

Inner $\phi$ Interne	Shell $\phi$ Cupule	Cat. N°
<b><math>\phi 28</math></b>	$\phi 43$	H35 R2843
	$\phi 45$	H35 R2845
	$\phi 47$	H35 R2847
	$\phi 49$	H35 R2849
	$\phi 51$	H35 R2851
	$\phi 53$	H35 R2853
	$\phi 55$	H35 R2855
	$\phi 57$	H35 R2857
	$\phi 59$	H35 R2859



#### Mentions légales :

Les implants MOONSTONE sont des dispositifs médicaux implantables de classe IIb indiqués pour les arthroplasties primaires intermédiaires (PTI) de la hanche. Les implants MOONSTONE sont pris en charge par l'assurance maladie. Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com).

#### Materials / Matériaux :

Cups: 316L Stainless steel according ISO 5832-1 (shell) and UHMWPE according ISO 5834-1 & 2 (liner)  
 Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging  
 Cupules : Acier inoxydable 316L selon ISO 5832-1 (extérieur) et UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2 (intérieur)  
 Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)

Evolutis, Avenue de la Libération, 42720 Briennon, France  
 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90



DESIGNED AND  
 MANUFACTURED  
 IN FRANCE